Bestellung der SICAT OPTISLEEP auf Basis von Oberflächendaten

***Aufnehmen digitaler Intraoralscans**

Fertigen Sie mit Ihrem Intraoralscanner einen **Scan des vollständigen Unterkiefers**, einen **Scan des vollständigen Oberkiefers** und einen **Scan des bukkalen Bisses mit Bissgabel** (Behandlungsposition) möglichst auf beiden Seiten an.

Hinweis: Das Registriermaterial auf der Bissgabel sollte die bukkalen Zahnflächen nicht bedecken, damit die Scannersoftware den Biss korrekt korrelieren kann. **Entfernen Sie ggf. störendes oder überschüssiges Material**.

Hersteller
SICAT GmbH & Co. KG
Friesdorfer Str. 131-135
53175 Bonn, Deutschland
www.sicat.com

Dok-ID: Addendum-DE-(DD32IFU001-2022-03-10)-2023-04-20
Zu Gebrauchsanweisung: D32IFU001-2022-03-10